

07.01.01 ISIN setting

Klí a certifikát dodaný ISIN ve formátu *.pfx (*.p12) je nutné zakódovat do base64 pomocí příkazu:

```
base64 -w 0 < rgu_ws_*.pfx > rgu_ws_*.pfx.b64  
(-w 0 = bez znak pro nový ádek)
```

Heslo k souboru je zašifrováno symetrickou šifrou a pevedeno do base64. V současné době není připraven program pro zašifrování hesla, proto kontaktujte správce aplikace.

```
{  
  "description" : "popis pro toto nastavení"  
  "exportSettings" : {  
    "automatedIsinExportEnabled" : true/false, - data jsou automaticky odesílána do ISIN, je nutné mít nastaveny  
dalsí parametry  
    "manualIsinExportEnabled" : true/false, - ruční odeslání do ISIN pomocí souboru  
    "lastUsedExportNumber" : 87, - číslo naposledy ručně exportovaného ISIN souboru  
    "lastExportFileName" : "ITM_CovIT_LEMOL0_1541", - jméno naposledy exportovaného souboru  
    "lastExportTimeStamp" : "2021-12-18T10:00:19", - čas naposledy exportovaného souboru  
    "setIsinExportFlag" : true, - indikátor, že data byla odeslána do ISIN se po odeslání nastaví  
    "exportUnclosedForms" : false, - možnost odesílání neuzavřených formulářů  
    "exportAlreadyExportedForms" : false, - možnost odeslat již exportované formuláře, není kontrola na flag  
IsinExported  
    "replaceEmptyBirthDate" : false, - nastavení default data narození  
    "replaceEmptySampleDate" : false, - nastavení default data odebrání vzorku  
    "replaceEmptyProcessingDate" : false, - nastavení default data provedení testu  
    "replaceEmptyReleaseDate" : false, - nastavení default data vydání výsledku testu  
    "replaceEmptyHealthInsurance" : false, - nastavení default zdravotní pojistovny  
    "replaceEmptyRequesterIcp" : true, - nastavení default ICP  
    "replaceEmptyRequesterName" : true, - nastavení default jména zadatele  
    "checkIsinBeforeExport" : true, - provedení kontroly správnosti dat před exportem  
    "exportListedIds" : [ ], - seznam záznamů, které se mají exportovat  
    "formatExportedXml" : true, - má být exportovaný xml soubor formátován  
    "maxExportedPatients" : 2147483647, - max počet záznamů v exportovaném souboru  
    "genotypingPcrKitNames" : [ "A570D", "A701V", "E484K", "K417N", "K417T", "L452R", "N439K", "N501T", "N501Y",  
"P681H", "Del144", "Del69-70", "V1176F", "F888L", "Del145-146", "H655Y", "P681R", "T478K", "T478R", "W152C",  
"Del141-143", "E484Q", "Q677H", "D614G", "S477N", "T716I" ]  
  }, - názvy testů, které se mohou odesílat do ISIN pokud je výsledek pro ne pozitivní  
  "laborator" : {  
    "ic2" : "89301000",  
    "icp" : "89301405",  
    "icl" : null,  
    "ico" : "00098892",  
    "zkratka" : "LEMOL0",  
    "celeJmeno" : "MUDr. ...",  
    "adresa" : "Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého",  
    "adresaDoplnek1" : "ulice",  
    "adresaDoplnek2" : null,  
    "psc" : "77900",  
    "mesto" : "Olomouc",  
    "nazevPracoviste" : "Ústav molekulární a translační medicíny",  
    "odb" : "802",  
    "ns" : "0"  
  },  
  "eligibilitySetting" : {  
    "checkWhenCreatingUzisRequest" : true,  
    "checkWhenSavingForm" : false  
  },  
  "isinLogin" : {  
    "pfxBase64" : "",  
    "encryptedPassword" : "",  
    "notificationEmails" : ""  
  },  
  "uzisApi" : {  
    "serviceUrl" : "https://api.uzis.cz/",  
    "pcz" : "000",  
    "defaultNrzpId" : "123456789"  
  },  
  "uzisRequestInfo" : {  
    "uzisHttpRequestTimeoutInMillis" : 30000,  
    "notificationEmails" : [ "" ]  
  },  
  "isinEventSettings" : {  
    "enableFormSaveEvent" : true,  
    "enableFormAfterCloseEvent" : true  
  }  
}
```

